



Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari

Servizio Acquisti e Gestione Contratti

Responsabile: dott. Simone Bilato

Via Degasperi, 79 – 38123 TRENTO

tel. 0461 904021

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(Art. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità di dotarsi di protesi mammarie con le seguenti caratteristiche tecniche:

Protesi / espansori sterili testurizzate con valvola a distanza rimovibile

1. Elastomero
 - a) Di grado medicale con almeno tre strati
 - b) Capacità di ridurre la trasudazione di gel di silicone (gel bleeding) mediante barriera su tutta la superficie dell'impianto
2. Testurizzazione
 - a) Adesività ai tessuti circostanti
 - b) Bassa incidenza della contrattura capsulare e della rotazione
 - c) Assenza di gradienti osmotici
3. Forme e profili
 - a) Varietà di scelta di altezze, volumi e proiezioni
 - b) Punti di repere e di orientamento sia visivi che tattili sulla parete anteriore e posteriore al fine di un ottimale posizionamento dell'impianto
 - c) Range di dimensioni da 100 a 600 cc
 - d) Integrazione con la gamma di espansori tissutali mammari dedicati
 - e) Presenza di valvola di rifornimento a distanza rimovibile
4. Gel di silicone
 - a) Il gel di silicone contenuto all'interno della protesi deve possedere caratteristiche di media/alta coesività atte a mantenere forma e sofficietà naturali
 - b) Capacità di riduzione del "rippling" e contrattura capsulare
 - c) Il silicone utilizzato deve essere medicale
5. Sizer: disponibilità sizer risterilizzabili per tutte le misure delle protesi da fornire gratuitamente (cioè compreso nel prezzo di acquisto delle protesi) in conto deposito e sostituzione gratuita degli stessi al raggiungimento del numero di sterilizzazioni consentite o a scadenza. Sterilizzazione compatibile con il sistema presente in Azienda: sterilizzazione a vapore
6. Disponibilità sostituzione gratuita delle protesi/espansori nel caso di perdita di efficacia in seguito alla rimozione della valvola.

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse al fine di individuare le ditte con la disponibilità di offrire tale materiale per una **quantità annua stimata di 46 pezzi ad un importo unitario massimo di € 1.000,00 I.V.A. esclusa.**

Si invitano, pertanto, tutte le ditte interessate ad inviare una comunicazione, con allegati:

- Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- Preventivo economico di fornitura

specificando nell'oggetto **“Protesi mammarie”** al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio Acquisti e Gestione Contratti – indicando un nominativo e recapito di riferimento per eventuali successive comunicazioni.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire **entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento sul sito aziendale, entro le ore 12.00.**

All'esito il Servizio Acquisti e Gestione Contratti, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espletterà le attività di propria competenza finalizzate all'acquisto, riservandosi di espletare la procedura per via telematica.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

Il Dirigente del Servizio
dott. Simone Bilato

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).