



Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari
Servizio Acquisti e Gestione Contratti

Responsabile: dott. Simone Bilato
Via Degasperi, 79 – 38123 TRENTO
tel. 0461 904021

documento informatico firmato dig
mm. ii.

ENTE CERTIFICATORE: InfoCert Firm

SN CERTIFICATO: 519155

VALIDO DA: 20/09/2017 10:44:25

VALIDO AL: 20/09/2020 02:00:00

FIRMATARI: SIMONE BILATO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ART. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità di dotarsi per l'U.O. di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Rovereto di n. 4 tipologie di dispositivi medici come di seguito dettagliato:

• **LOTTO 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE PROSSIMALE**

CND: C01050202

Descrizione tecnica: sistema di protezione cerebrale prossimale a palloncino montato su catetere ad inversione di flusso che eviti l'attraversamento della lesione carotidea durante le procedure di stenting. La ditta dovrà presentare tutte le misure disponibili.

Fabbisogno annuo per l'intera Azienda: circa 20 pezzi.

Tipologia di acquisto: acquisto.

Spesa totale annua prevista: 29.000,00 IVA esclusa.

• **LOTTO 2: SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS MEDICALE A SCOPO ANGIOGRAFICO (CO2)**

CND: Z12029008 (sistema completo) - V9099 (bombola)

Descrizione tecnica: il sistema deve permettere l'esecuzione di esami angiografici con gas medicale (CO2) quando non è possibile l'utilizzo dei classici mezzi di contrasto organo iodati. La ditta dovrà presentare l'offerta di tutti i DM necessari per effettuare l'esame angiografico.

Fabbisogno annuo per l'intera Azienda: circa 20 kit.

Tipologia di acquisto: acquisto (con apparecchio in comodato d'uso gratuito).

Spesa totale annua prevista: 6.400,00 IVA esclusa.

• **LOTTO 3: STENT CAROTIDEO IN NITINOLO RICOPERTO DA UNA RETE**

CND: P0704020201

Descrizione tecnica: lo stent carotideo in nitinolo deve essere a doppio strato per ridurre il rischio di embolizzazione di placca, rispetto ai tradizionali stent a celle aperte o celle chiuse. La ditta dovrà presentare tutte le misure disponibili.

Fabbisogno annuo per l'intera Azienda: circa 20 pezzi.

Tipologia di acquisto: acquisto.

Spesa totale annua prevista: 20.000,00 IVA esclusa

- **LOTTO 4: PROTESI VASCOLARE BIOSINTETICA IN POLIESTERE RICOPERTO**
CND: P07010199

Descrizione tecnica: la protesi vascolare biosintetica è costituita da poliestere rivestito da collagene ovino. La ditta dovrà presentare tutte le misure disponibili.

Fabbisogno annuo per l'intera Azienda: circa 20 pezzi.

Tipologia di acquisto: acquisto.

Spesa totale annua prevista: 60.000,00 IVA esclusa.

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse invitando tutte le ditte interessate ad inviare una comunicazione, con allegati:

- Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- Preventivo economico di fornitura

specificando nell'oggetto **“Manifestazione di interesse per dispositivi medici chirurgia vascolare”** al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio Acquisti e Gestione Contratti – indicando chiaramente il/i lotto/i per i quali si esprime la propria disponibilità ed un nominativo e recapito di riferimento per eventuali successive comunicazioni.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento sul sito aziendale, entro le ore 12.00.

All'esito il Servizio Acquisti e Gestione Contratti, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espletterà le attività di propria competenza finalizzate all'acquisto.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

Il Dirigente del Servizio
dott. Simone Bilato

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).