

Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari

Servizio Acquisti e Gestione Contratti

Responsabile: dott. Simone Bilato

Via Degasperi, 79 – 38123 TRENTO

tel. 0461 904021

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(Art. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)**

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità dei seguenti dispositivi medici per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione:

A. Sistema per il monitoraggio della temperatura di congelamento rapido del plasma:

n. 2 sensori per il monitoraggio di temperatura con escursione termica almeno da -86°C a +35°C da inserire in apposite sacche test

n. 2 sacche test con alloggiamento per il sensore con escursione termica almeno da -86°C a +35°C, di materiale plastico dalle caratteristiche meccaniche e termiche paragonabili a quelle utilizzate per la raccolta emc, in grado di resistere ad almeno 100 cicli di congelamento rapido e scongelamento e contenenti un liquido che garantisce la stessa resistenza termica del plasma, della capacità di 250 mL

n. 2 sacche test con alloggiamento per il sensore con escursione termica almeno da -86°C a +35°C, di materiale plastico dalle caratteristiche meccaniche e termiche paragonabili a quelle utilizzate per la raccolta emc, in grado di resistere ad almeno 100 cicli di congelamento rapido e scongelamento e contenenti un liquido che garantisce la stessa resistenza termica del plasma, della capacità di 700 mL

B. Sistema per il monitoraggio della temperatura di conservazione e/o trasporto degli emocomponenti:

n. 2 sensori per il monitoraggio di temperatura con escursione termica almeno da -40°C a +80°C da inserire in apposite sacche test

n. 1 sacca test con alloggiamento per il sensore con escursione termica almeno da -40°C a +80°C, di materiale plastico dalle caratteristiche meccaniche e termiche paragonabili a quelle utilizzate per la raccolta emc e contenente un liquido che riproduce le curve termiche degli emc rispetto al range di temperatura del sensore, della capacità di 250 mL

n. 1 sacca test con alloggiamento per il sensore con escursione termica almeno da -40°C a +80°C, di materiale plastico dalle caratteristiche meccaniche e termiche paragonabili a quelle utilizzate per la raccolta emc e contenente un liquido che riproduce le curve termiche degli emc rispetto al range di temperatura del sensore, della capacità di 450 mL

C. Sistema per il monitoraggio della temperatura di esercizio di centrifuga per unità di sangue intero:

n. 1 sensore per il monitoraggio della temperatura di esercizio di una centrifuga per unità di sangue intero (sacche quaduple contenenti in media 450 mL di sangue), in grado di resistere ad almeno 4500 rpm, da inserire in apposita sacca test

n.1 sacca test con alloggiamento per il sensore per il monitoraggio della centrifugazione, di materiale plastico dalle caratteristiche meccaniche e termiche paragonabili a quelle utilizzate per la raccolta del sangue intero, della capacità di 450 mL

Dovranno inoltre essere forniti:

software per la gestione di tutti i dati raccolti dai sensori e la generazione di report, interfacce di connessione ai PC per ciascuna tipologia di sensore richiesto, servizio di assistenza tecnica entro 48 h dalla chiamata, servizio di taratura annuale dei sensori e fornitura del relativo certificato rilasciato da Ente Terzo (Istituto di Metrologia e/o Enti di certificazione internazionali), servizio di sostituzione periodica delle sacche test in base al loro utilizzo e/o usura, servizio di sostituzione di tutti i prodotti in gara in caso di malfunzionamento e/o usura, rottura accidentale, servizio di aggiornamento tecnologico.

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse, al fine di individuare le ditte con la disponibilità di offrire tale materiale nelle quantità indicate.

Si invitano, pertanto, tutte le ditte interessate ad inviare una comunicazione, con allegati:

- Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- Preventivo economico di fornitura

specificando nell'oggetto "***Sistema monitoraggio temperatura plasma ed emocomponenti***" al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio Acquisti e Gestione Contratti – indicando un nominativo e recapito di riferimento per eventuali successive comunicazioni.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire **entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento sul sito aziendale, entro le ore 12.00.**

All'esito il Servizio Acquisti e Gestione Contratti, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espletterà le attività di propria competenza finalizzate all'acquisto, riservandosi di espletare la procedura per via telematica.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

Il Dirigente del Servizio
dott. Simone Bilato

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).