

Gara sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie e chiodi endomidollari per osteosintesi

LOTTO N. 6 Chiodo omero prossimale

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE	
CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
A	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
	SUBCRITERI
A.1	Chiodo in materiale di lega di titanio
A.2	Disponibilità di misure di diametro minore di 7mm
A.3	Disponibilità di misure di diametro maggiore di 9mm
A.4	Disponibilità di misure di lunghezza minore di 140mm
A.5	Disponibilità di misure di lunghezza maggiore di 160mm
A.6	Sistema di centraggio radiotrasparente delle viti prossimali
A.7	Possibilità di inserire più viti in più piani rispetto all'asse del chiodo (più piani - più punti)
A.8	Possibilità alternativa di fissaggio della testa omerale (ad es. con: vite di diametro maggiore; vite lama; lama o strumenti equivalenti)
A.9	Diverse lunghezze di tappo
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
B	CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
	SUBCRITERI
B.1	tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode di cui al paragrafo B) lettera i del Capitolato Tecnico
B.2	QR code/Barcode presente sulla superficie dei DM offerti
B.3	Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico
B.4	Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
C	ASSISTENZA POST VENDITA
	SUBCRITERI
C.1	Progetto formativo proposto: n. delle iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al minimo indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico sia presso APSS sia presso altre sedi.

C.2	Assistenza specialistica: Professionisti " <i>Specialist</i> " disponibili su richiesta in caso di urgenza
C.3	Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta
TOTALE PUNTI	
TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI	