

Gara sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie e chiodi endomidollari per osteosintesi

LOTTO N. 7 Sistema chiodi endomidollari per omero

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE	
CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
A	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
	SUBCRITERI
A.1	Chiodo in materiale lega di titanio
A.2	Disponibilità di misure di diametro minore di 7mm
A.3	Disponibilità di misure di diametro maggiore di 9mm
A.4	Disponibilità di misure di lunghezza minore di 180 mm
A.5	Disponibilità di misure di lunghezza maggiore di 260mm
A.6	Sistema di centraggio radiotrasparente delle viti prossimali
A.7	Sistema di centraggio radiotrasparente delle viti distali
A.8	Possibilità di inserire più viti prossimali in più piani rispetto all'asse del chiodo
A.9	Possibilità di inserire più viti distali in più piani rispetto all'asse del chiodo
A.10	Diverse lunghezze di tappo
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
B	CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
	SUBCRITERI
B.1	tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode di cui al paragrafo B) lettera i del Capitolato Tecnico
B.2	QR code/Barcode presente sulla superficie dei DM offerti
B.3	Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico
B.4	Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
C	ASSISTENZA POST VENDITA
	SUBCRITERI
C.1	Progetto formativo proposto: n. delle iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al minimo indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico sia presso APSS sia presso altre sedi.

C.2	Assistenza specialistica: Professionisti " <i>Specialist</i> " disponibili su richiesta in caso di urgenza
C.3	Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta
TOTALE PUNTI	
TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI	