

Gara sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie e chiodi endomidollari per osteosintesi

LOTTO N. 3 Chiodo a due viti cefaliche

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE	
CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
A	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
	SUBCRITERI
A.1	Chiodo in materiale di lega di titanio
A.2	Possibilità di bloccaggio distale in configurazione statica e/o dinamica
A.3	Numero di angolazioni cervico-diafisarie maggiore di 2
A.4	Sistema di centraggio radiotrasparente delle viti prossimali
A.5	Possibilità di inserire la versione corta e lunga di chiodo con lo stesso strumentario di base
A.6	Possibilità di compattazione della frattura (con cacciavite o altro)
A.7	Lunghezza della vite cefalica a scivolamento superiore a 105mm
A.8	Lunghezza della vite cefalica a scivolamento minore di 80mm
A.9	Presenza di più diametri distali nel chiodo lungo
A.10	Lunghezza del chiodo lungo maggiore di 400mm
A.11	Set centraggio distale
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
B	CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
	SUBCRITERI
B.1	tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode di cui al paragrafo B) lettera i del Capitolato Tecnico
B.2	QR code/Barcode presente sulla superficie dei DM offerti
B.3	Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico
B.4	Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM
TOTALE PUNTI	
	CRITERIO DI VALUTAZIONE
C	ASSISTENZA POST VENDITA
	SUBCRITERI
C.1	Progetto formativo proposto: n. delle iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al minimo indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico sia presso APSS sia presso altre sedi.

C.2	Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in caso di urgenza
C.3	Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta
TOTALE PUNTI	
TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI	