

Gara sistemi di protezione per operatori delle sale operatorie e chiodi endomidollari per osteosintesi

LOTTO N.9 Chiodo retrogrado per artrodesi

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE	
CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>
A	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
	<i>SUBCRITERI</i>
A.1	Chiodo in materiale di lega di titanio
A.2	Disponibilità di misure di diametro minore di 10mm
	Disponibilità di misure di diametro maggiore di 12mm
A.3	Disponibilità di misure di lunghezza minore di 150mm
	Disponibilità di misure di lunghezza maggiore di 250mm
A.4	Possibilità di compressione dell'artrodesi oltre i 5 mm
A.5	Presenza di una vite di compressione per l'articolazione sottoastraglica
A.6	Presenza di viti di bloccaggio con testa normale o a doppia filettatura
A.7	Possibilità di inserire più viti in più di due piani rispetto all'asse del chiodo
A.8	Strumentario che permetta l'inserimento ed il bloccaggio del chiodo sia per via anteriore che per via laterale
TOTALE PUNTI	
	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>
B	CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI
	<i>SUBCRITERI</i>
B.1	tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode di cui al paragrafo B) lettera i del Capitolato Tecnico
B.2	QR code/Barcode presente sulla superficie dei DM offerti
B.3	Presenza di QR code/Barcode su DDT per l'identificazione della bolla di carico
B.4	Presenza nel DDT di QR code/Barcode identificativo di ogni DM
TOTALE PUNTI	
	<i>CRITERIO DI VALUTAZIONE</i>
C	ASSISTENZA POST VENDITA
	<i>SUBCRITERI</i>

C.1	Progetto formativo proposto: n. delle iniziative di formazione annue aggiuntive rispetto al minimo indicato in CT di durata non inferiore alle 8 ore. Le iniziative di formazione sono rivolte al personale medico e infermieristico sia presso APSS sia presso altre sedi.
C.2	Assistenza specialistica: Professionisti " <i>Specialist</i> " disponibili su richiesta in caso di urgenza
C.3	Consegne urgenti entro 24 ore solari dalla richiesta
TOTALE PUNTI	
	TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI