



*Dipartimento Infrastrutture
Servizio Ingegneria Clinica*

dirigente : ing. Alessandro Reolon

via Crosina Sartori n°6-38122 Trento

referente: per.ind. Lorenzo Bonazzi

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ART. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità di dotarsi di 08 (otto) dispositivi non invasivi portatili, per la rilevazione non invasiva della soglia di percezione vibratoria (biotesiometro) destinati agli ambulatori di diabetologia presenti nei vari ambiti del servizio ospedaliero provinciale.

La destinazione d'uso prevista è la valutazione della soglia di percezione vibratoria nello screening della polineuropatia sensitivo-motoria simmetrica distale.

Tali dispositivi devono avere:

- Vibrazione regolata elettronicamente che garantisca un'intensità della stessa costante anche al variare della densità del tessuto nella sede del test.
- Tecnologia che renda ininfluyente per il risultato, la pressione applicata sullo stesso durante il test, in modo da renderlo operatore indipendente eliminando la variabilità dei risultati in base alla pressione.
- Il dispositivo deve essere portatile, compatto ed ergonomico, preferibilmente in corpo unico ed alimentato a batteria, per renderne agevole l'uso e la trasportabilità nei vari ambulatori.

L'APSS ha motivo di ritenere che sussista un unico prodotto disponibile sul mercato che possieda le caratteristiche sopra indicate:

- Meteda Biothesiometer Plus

Si richiede un'attrezzatura che possieda le caratteristiche sopra elencate **o ad esse equivalenti**, che ne consentano l'utilizzo secondo la destinazione d'uso prevista.

Devono essere inclusi nell'offerta della fornitura i seguenti servizi:

- trasporto, consegna, installazione, collaudo e formazione dell'utilizzatore finale e del personale del Servizio di Ingegneria Clinica
- minimo 12 mesi di garanzia full risk, comprensiva di manutenzione preventiva prevista dal fabbricante

- azioni correttive e preventive a seguito di avvisi di sicurezza e/o altre segnalazioni al Ministero della Salute in qualità di autorità competente per la vigilanza (art. 9 D. Lgs.2010/37).

Stima economica prevista totale prevista massimo (IVA esclusa): € 16.000,00

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse al fine di individuare le ditte con la disponibilità ad offrire tale fornitura.

Si invitano pertanto tutte le ditte interessate ad inviare una comunicazione, specificando nell'oggetto: **“dispositivi non invasivi per la rilevazione della soglia di percezione vibratoria”** al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio di ingegneria clinica – indicando la propria disponibilità ed un riferimento.

Alla comunicazione dovrà essere allegata (*non sono ammessi file compressi, ad es. “zip”*):

- **scheda tecnica dell'apparecchiatura;**
- **relazione tecnica descrittiva del prodotto offerto, riferita alle caratteristiche sopra elencate o ad esse equivalenti.**
- **manuale d'uso dell'apparecchiature (.pdf);**
- **indicazione del numero di iscrizione alla Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute;**
- **certificazione di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE s.m.i dell'apparecchiatura e dei dispositivi medici accessori;**
- **un preventivo economico di fornitura con quotazione di eventuali moduli opzionali e dichiarazione di sconto su listino ufficiale**

La manifestazione di interesse dovrà avvenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento sul sito aziendale, entro le ore 12:00.

All'esito il Servizio di Ingegneria clinica, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espletterà le attività di propria competenza finalizzate all'eventuale acquisto, riservandosi di espletare la procedura per via telematica.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Alessandro Reolon

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).