

Dipartimento Infrastrutture

Servizio Ingegneria Clinica

Responsabile: ing. Alessandro Reolon

Via Crosina Sartori 6 – 38122 TRENTO

tel. 0461 904828 – fax 0461 904870

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ART. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)**

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità di dotarsi per l' U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di Rovereto di n. 1 arco a C per attività di fluoroscopia durante l'impianto di pacemaker.

L'attrezzatura richiesta deve necessariamente possedere le caratteristiche/funzionalità di seguito riportare:

- compatto di minimo ingombro e facilmente posizionabile;
- spazio libero tra IB/detettore e tubo non inferiore a 75 cm;
- generatore da almeno 7.5 KW;
- tubo radiogeno con anodo rotante e doppia macchia focale;
- elevata dissipazione termica per tempi di scopia elevati senza interruzioni per sovratemperatura;
- IB o in alternativa Flat panel rispettivamente con diametro/lato non inferiori a 22.86/20 cm;
- fluoroscopia pulsata non inferiore a 15 fps;
- sistema televisivo a elevata risoluzione con sensori a CCD;
- matrice immagine non inferiore a 1024X1024 con profondità livelli di grigio di almeno 12 bit;
- carrello porta monitor completo di n. 2 monitor da almeno 18";
- funzioni di scopia con memorizzazione dell'ultima immagine e funzioni di post processing (zoom, negativo, etc.);
- SW per applicazioni di cardiologia interventistica (pacemaker);
- pedale per comando dell'emissione;
- controllo automatico dell'esposizione;
- sistemi di sicurezza e radioprotezione:
 - indicatore emissione;
 - collimatori con preview senza erogazione;
 - sistema di misura delle radiazioni con possibilità di stampa della dose del paziente.
- connettività DICOM;
- conforme alle norme tecniche applicabili (es. CEI EN 60613), al D.Lgs 187/2000, alla Direttiva 93/42/CEE.

Il sistema fornito deve essere in perfette condizioni e l'attrezzatura s'intende comprensiva di tutti gli eventuali interventi manutentivi necessari (preventivi e correttivi).

Per soddisfare la suddetta necessità si pubblica la presente manifestazione di interesse al fine di individuare le ditte con la disponibilità di offrire, in comodato, tale attrezzatura all'importo massimo stimato di 2.000 €/mese , I.V.A. esclusa, per una durata massima pari a 6 mesi.

Con la presente consultazione preliminare si invitano tutte le ditte propense ad inviare una comunicazione, specificando nell'oggetto: n. 1 arco a C per attività di fluoroscopia durante

l'impianto di pacemaker, al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio Acquisti e Gestione Contratti – indicando la propria disponibilità ed un riferimento.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire entro le ore 12 del 10/01/2018.

All'esito il Servizio Acquisti e Gestione Contratti, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espleterà le attività di propria competenza finalizzate all'acquisto.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- ing. Alessandro Reolon -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Reolon', positioned below the typed name.