



Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari

Servizio Acquisti e Gestione Contratti

Responsabile: dott. Simone Bilato

Via Degasperi, 79 – 38123 TRENTO

tel. 0461 904021

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ART. 8 della Legge Provinciale nr. 2 del 9 marzo 2016)**

L'A.P.S.S. (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) ha la necessità di dotarsi per l'U.O. di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale S. Chiara di Trento di un sistema diagnostico completo (strumento e reagenti) per l'esecuzione degli esami di biologia molecolare per la diagnosi di sepsi.

Numero complessivo di esami/anno ca. 180.

Le tipologie di esami da emocoltura positiva richieste sono test multiplex diretti per l'analisi simultanea differenziale per le infezioni del torrente circolatorio da:

- Gram Positivi (ca. n. 70 esami/anno)
- Gram Negativi (ca. n. 80 esami/anno)
- Funghi (ca. n. 30 esami/anno).

Target minimi richiesti:

- Gram positivi: *Staphylococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus lugdunensis*, *Streptococcus spp.*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus anginosus*, *Enterococcus spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Listeria spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Micrococcus spp.*, *Propionibacterium acnes*, *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis*, *mecA*, *mecC*, *vanA*, *vanB*,
- Gram negativi: *E.coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Proteus mirabilis*, *Serratia spp.*, *Serratia marcescens*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter baumannii*, *CTX-M*, *KPC*, *IMP*, *VIM*, *NDM*, *OXA*,
- Funghi: *Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis*, *Candida tropicalis*, *Candida dubliniensis*, *Candida fumata*, *Candida guilliermondii*, *Candida kefyr*, *Candida lusitanae*, *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, *Fusarium sp.*, *Malassezia furfur*, *Trichosporon sp.*, *Rhodotorula sp.*

Il sistema richiesto deve necessariamente possedere le caratteristiche/funzionalità di seguito riportate:

- Sistema automatico di rilevazione senza necessità di estrazione, con almeno 2 distinte sonde di identificazione per ogni patogeno,
- Test multiplex completi di controllo interno,
- tempo totale di seduta analitica non superiore a 90 minuti,
- tempo totale di impegno manuale dell'operatore non superiore a 10 minuti,
- determinazione qualitativa e semiquantitativa dei target,
- sistema in grado di effettuare almeno 6 test contemporaneamente,

- target analizzabili nella stessa seduta per ciascun campione, suddivisi e differenziati per Gram positivi, Gram negativi e funghi,
- Almeno i pannelli batterici con controllo pan target per i gruppi degli altri pannelli (sul pannello Gram positivi controllo pan target per Gram negativi e funghi e viceversa).

Con la presente consultazione preliminare si invitano tutte le ditte propense ad inviare una comunicazione, specificando nell'oggetto:

Service sistema diagnostico in tecnica molecolare di test per diagnosi di sepsi

al seguente indirizzo e-mail: apss@pec.apss.tn.it all'attenzione del Servizio Acquisti e Gestione Contratti – indicando la propria disponibilità ed un riferimento.

La manifestazione di interesse dovrà avvenire **entro le ore 12,00 del 07/12/2017**.

All'esito il Servizio Acquisti e Gestione Contratti, struttura competente per questo tipo di affidamenti, espletterà le attività di propria competenza finalizzate all'acquisto.

La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- dott. Simone Bilato -

