

Dipartimento Infrastrutture

Servizio Ingegneria clinica

Responsabile: Alessandro Reolon

Referente: Rosa Dalmonego

pec: apss@pec.apss.tn.it

Class.18.2.4

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

**AVVISO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA
PREPARAZIONE DI UN APPALTO**
(art. 8 della Legge Provinciale n. 2 del 9 marzo 2016)

L'APSS ha in programma l'acquisizione di una CT a 64 strati per indagini morfologiche e vascolari, distretti body e head, per l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Rovereto. A tal fine sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia.

L'APSS intende instaurare una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni circa i requisiti di installazione strutturali e impiantistici di una CT a 64 strati per l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Rovereto (TN), al fine di predisporre l'area destinata alla nuova apparecchiatura.

La consultazione preliminare di mercato, volta ad instaurare una fase preparatoria della gara d'appalto, consente di sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti la preparazione dell'appalto in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni, anche tecnologicamente alternative, per rispondere alle necessità dell'APSS. La consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze dell'APSS con l'offerta del mercato, in modo da garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione nonché al successivo bandi per la scelta del contraente tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente



consultazione :

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici che ritengano di poter fornire quanto necessario per il raggiungimento delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura, rispondenti al fabbisogno individuato dall'APSS, dovranno far pervenire:

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione relativa ai requisiti di installazione strutturali e impiantistici di una CT a 64 strati per l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Rovereto, il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);
- schema tipo installazione nell'area indicata nell'Allegato A) - sala 13 - con specificazione dei requisiti minimi strutturali e impiantistici;
- eventuale dichiarazione relativa alle informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico – commerciale, con allegata documentazione a comprova: la APSS non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata.

La documentazione di cui sopra, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre **le ore 12 del giorno 02/05/2018** all'indirizzo PEC apss@pec.apss.tn.it . La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato per requisiti di installazione di una CT a 64 strati per l'U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Rovereto”.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/04/2018, esclusivamente** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: apss@pec.apss.tn.it .

Alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, l'APSS valuterà la sussistenza dei presupposti per l'oggetto del contratto.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna aspettativa nei confronti dell'APSS. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la APSS si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento di apposita procedura di appalto, che sarà espletata dall'APSS ai sensi della L.P. n. 2 del 9/03/2016 e ss.mm. e dal richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

L'APSS può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



La partecipazione a questa procedura non dà luogo ad alcun compenso e/o rimborso e non costituisce titolo per la partecipazione alla successiva gara.

I contenuti del presente documento infatti hanno valore meramente informativo e sono finalizzati all'instaurazione di una consultazione preliminare di mercato con i soggetti interessati. Tutte le informazioni fornite in questa fase, preparatoria rispetto alla gara d'appalto, non costituiscono parte integrante della gara stessa.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
– ing. Alessandro Reolon –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445, dei requisiti di partecipazione e assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Allegato 2) – Planimetria U.O. Radiologia Ospedale di Rovereto in formato pdf.

Allegato 3) – Planimetria U.O. Radiologia Ospedale di Rovereto in formato dwg.

